



FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código: GC-F-GAC-018

Área : G Calidad

NOMBRE DEL PRODUCTO	ORTESIS MIEMBRO INFERIOR
REFERENCIA	INMOVILIZADOR DE RODILLA TRES PANELES
CÓDIGO PRODUCTO TERMINADO	843977 TRES PANELES CORTO
	843978 TRES PANELES LARGO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2009DM-0004846
COLORES	AZUL
TALLAS	UNICA



DATOS DE EMPAQUE

Etiqueta
Bolsa transparente
Empaque individual

MATERIA PRIMA

Tela bondeada
Felpa

1. COMPOSICION

Gancho
Tensor plástico
Sesgo
Reata
Estabilizadores en aluminio

2. DESCRIPCIÓN

Rodillera diseñada en tres paneles, tela bondeada, con estabilizadores planos en la paneles laterales y curvos panel central que ayudan a tener una mejor inmovilización, con correas en cierre de contacto krik para el ajuste adecuado.

Medidas 41 cm Rodillera corta.

51 cm Rodillera Larga.

3. USOS Y APLICACIONES

- Tratamiento pre y post-quirúrgico de la rodilla.
- Después de lesiones o fracturas.

4. CONTRAINDICACIONES

- Si el dolor o la inflamación persisten, si presenta enrojecimiento, o sensibilidad al material suspender su uso y consultar al médico.

5. INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar a mano con jabón suave y secar a temperatura ambiente

6. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

MEDIDAS DEL PRODUCTO TERMINADO		
Medidas	Corta	Larga
Alto	41 ± 1 cm	51 ± 1 cm
Contorno Superior	61 ± 2 cm	65 ± 2 cm
Contorno Inferior	45 ± 2 cm	48 ± 2 cm
CARACTERÍSTICAS		
• Diseño con posición de tres paneles que permite la regulación individual para un amplio de circunferencias de pierna • Los estabilizadores posteriores estabilizadores laterales extraíbles proporcionan una inmovilización efectiva y un ajuste anatómico.		
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		
• Todas las partes de la pieza deben estar completamente limpias y sin ningún imperfecto • Verificar que cada correa lleve su respectivo gancho (50mm x 6 cm) • Observar que el producto lleve los estabilizadores curvos en el panel central y en los paneles laterales estabilizadores planos. • La rodillera corta lleva 4 correas y la rodillera larga lleva 6 correas		

Vo Bo Jefe Control Calidad _____ Vo Director técnico _____

COPIA CONTROLADA