

	FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Código: GC-F-GAC-018
		Área : G Calidad

NOMBRE DEL PRODUCTO	ORTESIS MIEMBRO INFERIOR TECNOMED			
REFERENCIA	SUSPENSORIO ESCROTAL			
CÓDIGO PRODUCTO TERMINADO	838700			
COLORES	HABANO/BLANCO			
TALLAS	S	M	L	XL
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019DM-0004846-R1			



DATOS DE EMPAQUE

Etiqueta
Bolsa transparente
Empaque individual

1. COMPOSICIÓN

MATERIA PRIMA

Tela bondeada
Elásticos
Marquilla
Hebillas
Estoquinetas (algodón)

2. DESCRIPCIÓN

El producto está diseñado en forma anatómica, En materiales suaves con elásticos, refuerzo tipo algodón, tela bondeada en los laterales.

3. USOS Y APLICACIONES

- Soporte en la práctica deportiva para los testículos.

4. CONTRAINDICACIONES

- Si el dolor o la inflamación persiste, enrojecimiento o sensibilidad al material suspender el uso y consultar a su médico.

5. INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Lavar a mano con jabón suave y secar a temperatura ambiente.

6. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

MEDIDAS DEL PRODUCTO TERMINADO				
TALLAS	S	M	L	XL
Medida del contorno total del soporte	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm
CARACTERISTICAS				
• Hernias inguno escrotales • Bolsas Escrotales gigantes • Hernias inguinales • Bolsas Escrotales gigantes				
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD				
• Todas las partes de la pieza deben estar completamente limpias y sin ningún imperfecto. • Ninguna de las costuras deben quedar flojas o con bastas.				

Vo Bo Jefe Control Calidad _____ Vo Director técnico _____