



## FICHA TECNICA

### PERA SUCCIÓN

**Fecha de Actualización:**  
25 Febrero 2023  
Pag 1 de 1

**1. Nombre:** PERA SUCCION

**2. Referencia:** R00012

**3. Imagen del producto:**



**4. Codigo de barras N°:** 7707195900056

**5. Proceso de elaboración y materia prima:**

**Pera:** Este producto esta elaborado en plastisol (plastificante, resina G74, estabilizadr BZ, dióxido de titanio y colorante) en un proceso de roto moldeado.

**5. Especificaciones tecnicas del proceso:**

**Molde:** Dos piezas con una cavidad, En aluminio para roto moldeado

**Ciclo de la maquina:** 20 Unidades

**Temperatura:** 300 grados por 10 minutos de duración

**Peso Maximo:** 32.7 gramos

**5. Uso del producto:**

Producto utilizado para lavado

Firma:

Realizo

Milena Acevedo

Gest Admon

Firma:

Verifico

Leidy Muñoz

Coor. Admon

Firma:

Aprobo

Luis Ricardo Muñoz G

Gerente



Libertad y Orden

CERTIFICACIÓN No. 2010021534

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA**

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: PERA DE SUCCIÓN (PARA LAVADO DE OÍDOS Y NARIZ)

Esta contemplado entre los productos que **NO** requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

**INTERESADO:** REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES RICHARD Ltda.  
**SOLICITANTE:** LUIS RICARDO MUÑOZ  
**RADICACIÓN:** 2010095528  
**FECHA RADICACIÓN:** 09/09/2010

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D.C., el 23 de Septiembre de 2010 .

**Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.**



  
CLARA ISABEL RODRIGUEZ SERRANO  
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

Carrera 68D Nro. 17-11/21 – PBX: 2948700 – Página Web [http:// www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)